



EQUATORIAL AUDIO

Merač Provisa Kabla

±0,02mm preciznost · Gravitaciona kalibracija: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



UPUTSTVO

Savijte duž štampanih vodica. Obeste sa kabla na srednjoj tački. Očitajte merenje provisa sa graduisane skale. Ponovo kalibrišite ako ambijentalna temperatura pređe 28°C.